

			
用途	<p>本 CETA 標準リークは、品質保証文書に準ずる CETA リーク検出器の迅速で満足のいく監視に使用できます。選択した圧力で本較正装置は規定流量(ml/min)を持ちます。標準リークをリーク試験機の測定回路に接続することにより、測定されたリークを想定します。本工程により数秒で、試験機およびアダプタ治具を含む全テストシステムの正しい調整を確認することができます。本 CETA 標準リークは、較正認定書とともにご提供いたします。</p>		
構成要素	<p>本リークは、浸透性の焼結精密金属で構成されています。品質管理製造に準じて、本標準リークは一定量を示しています。</p>		
標準リーク及び特製リーク	<p>本データシートの裏面に CETA で標準リークの抜粋が記載されています。CETA の標準の表内にお求めのフローバルブが見当たらない場合は、特製リークの生産も承れます。</p>		
接続	<p>本標準リークは直接 CETA リーク検出器の標準リーク受容器または、アダプタ治具へ接続可能です。</p>		
接続タイプ	<p><u>圧力注入口</u>: ストープリ (Stäubli) 製 プラグニップル RBE 03 <u>圧力排出口</u>: ネジ外 ¼ インチ</p>		
メンテナンス推奨	<p>本 CETA 標準リークは定期的な較正を要します。較正は、(認定書付き) CETA サービス部門で承れます。</p>		
ご注意	<p>本リークは清潔で乾燥した圧縮空気での使用に設計されています。</p>		
配送に含まれるもの	<p>標準リーク、較正認定書、保管用ケース</p>		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>CETA Testsysteme GmbH Marie-Curie-Straße 35-37 D-40721 Hilden - GERMANY -</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>電話: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 ファックス: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 Eメール: sales@cetatest.com ウェブサイト: www.cetatest.com</p> </td> </tr> </table>		<p>CETA Testsysteme GmbH Marie-Curie-Straße 35-37 D-40721 Hilden - GERMANY -</p>	<p>電話: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 ファックス: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 Eメール: sales@cetatest.com ウェブサイト: www.cetatest.com</p>
<p>CETA Testsysteme GmbH Marie-Curie-Straße 35-37 D-40721 Hilden - GERMANY -</p>	<p>電話: +49 (0) 2103 / 2471 - 75 ファックス: +49 (0) 2103 / 2471 - 76 Eメール: sales@cetatest.com ウェブサイト: www.cetatest.com</p>		



お求め可能な標準リーク表 (抜粋)

圧力 / bar	-0,5	-0,1	0,02	0,05	0,1	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TL 1	-	-	-	-	-	0,02	0,04	0,10	0,15	0,25	0,30	0,45	0,55	0,70	0,85	1,10
TL 2	-	-	-	-	0,02	0,15	0,33	0,87	1,6	2,5	3,7	4,8	6,3	7,9	9,8	11,2
TL 3	-	-	-	0,03	0,07	0,40	0,93	2,4	4,3	6,8	9,5	13	15	20	23	27
TL 4	0,5	0,12	0,02	0,07	0,15	0,8	1,8	4,5	7,9	13,5	18	24	31	40	45	52
TL 5	1,1	0,23	0,05	0,10	0,25	1,5	3,5	9,5	16,5	26	34	45	57	68	82	96
TL 6	2,4	0,63	0,12	0,3	0,6	3,7	8,6	21	38	58	79	102	127	154	180	210
TL 7	4,8	1,15	0,3	0,65	1,3	7,5	17	45	77	115	158	202	250	300	320	370
TL 8	10,5	2,7	0,6	1,4	2,8	17	38	91	156	227	305	390	470	560	590	670
TL 8a	24	6	1,2	3,2	6,5	38	93	230	420	630	890	1170	1450	1750	2050	2400
TL 9	46	11,5	2,5	6,4	13	74	173	440	790	1200	1600	2100	2600	3100	-	-
TL 10	107	28	5,9	15,5	31	185	400	880	1400	2000	2600	3200	3800	4500	-	-

すべてのフローバルブは **ml/min** で明記されています (圧力出力方向)。圧力値は、正または負のゲージ圧として設定されます。

製造の関係で、正確なフローバルブは、配送時に測定されます。標準リークの基準表記載のバルブより、最大+/- 25%まで外れる可能性があります。

お求めのバルブが CETA 標準リーク表に載っていない場合は、特製リークの製造も承れます。

CETA Testsysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 35-37
D-40721 Hilden
- GERMANY -

電話: +49 (0) 2103 / 2471 - 75
 ファックス: +49 (0) 2103 / 2471 - 76
 Eメール: sales@cetatest.com
 ウェブサイト: www.cetatest.com