



Alkalmazás	<p>A CETA teszfúvóka ugyanúgy, mint a CETA szivárgás tesztelő a CETA berendezések gyors és kényelmes ellenőrzésére szolgál a minőségbiztosítás keretén belül. Ez a kalibráló eszköz egy pontosan meghatározott átfolyás értéket ad – egy adott nyomás mellett.</p> <p>A CETA teszfúvóka nagyobb átfolyást biztosít, mint a CETA szivárgás tesztelő, ezért a CETA átáramlás mérő berendezések (CETA 900 sorozat) ellenőrzésére alkalmazzák.</p>
Anyag	A teszfúvóka egy rubint tartalmaz precíziós furattal.
Standardteszt fúvókák	A termékismertető hátoldalán található egy kivonat a CETA által szállítható teszfúvókák választékából.
Csatlakozási mód	A teszfúvókát a vizsgálati darab helyére kell csatlakoztatni.
Csatlakozás típus	<p><u>Levegő bemeneti oldal:</u> Hollandi csavarkötés a PA -csövekhez (6 x 1 mm, 8 x 1 mm, 10 x 1 mm teszfúvóka típusonként)</p> <p><u>Légtelenítő oldal:</u> 5 x 1 mm hollandi csavarkötés</p>
Útmutatás	A teszfúvóka száraz és tisztított levegővel történő használatra készült.
Karbantartási ajánlás	A CETA teszfúvókát rendszeres időközönként kalibrálni kell. Ezt a kalibrációt (kalibrációs jegyzőkönyvvel) a CETA is elvégzi.
Szállítási terjedelem	Tesztfúvóka, kalibráló jegyzőkönyv, fa tároló doboz

CETA Testsysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 35-37
40721 Hilden
- Germany -

Tel.: +49 (0) 2103 / 2471 - 75
 Fax: +49 (0) 2103 / 2471 - 76
 E-mail: sales@cetatest.com
 Internet: www.cetatest.com



Nyomás / bar	0,02	0,05	0,1	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	
TESZTFÚVÓKA (Típus)	TD 1	9,6	16,5	25	59	87	137	182	230	278	322	373	420
	TD 2	18,8	31,7	47	112	164	253	338	427	510	600	685	772
	TD 3	50	82	120	280	400	610	810	1020	1240	1440	1650	1850
	TD 4	84	137	197	460	660	1000	1360	1700	2030	2370	2700	3030
	TD 5	138	225	330	740	1050	1610	2140	2670	3190	3730	4260	4660
	TD 6	200	330	490	1040	1510	2280	3020	3760	4500	5240	5970	6700
	TD 7	280	470	690	1510	2140	3200	4250	5310	6350	7420	8490	9560
	TD 8	380	640	940	1970	2750	4130	5480	6840	8170	9520	10800	11800

A teszfúvóka típusoknál TD 1 -től TD 8 ig az átfolyás mértékegysége **ml/perc**

Nyomás / bar	0,02	0,05	0,1	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TESZTFÚVÓKA	TD 10	0,8	1,5	2,1	4,45	6	9,6	12	14,3	18,2	20,98	24,4	27,3	30	32,6
	TD 11	1,14	1,97	2,73	5,7	8	12	16,22	20	24,8	28,57	33,7	36,14	41,1	48,4
	TD 12	1,46	2,24	3,33	7,06	10,17	15,38	20,27	25,42	30,3	34,88	40	44,78	50,85	54,54
	TD 13	1,94	3,39	4,8	10	12,63	19,78	27,69	34,1	40,54	47,62	51,72	61,22	68,18	69,77
	TD 14	2,22	4	5,45	11,76	16,07	24,65	32,73	41,67	46,87	57,69	65,22	75	85,7	90,9

A teszfúvóka típusoknál TD 10 -től TD 14 ig az átfolyás mértékegysége **l/perc**.

A pontos átfolyási értéket gyártástechnológiai okokból csak a szállítási műbizonylaton tudjuk megadni. Ennek a szórása +/-10 % is lehet a táblázatban feltüntetett értékekhez képest.

CETA Testsysteme GmbH
Marie-Curie-Straße 35-37
40721 Hilden
- Germany -

Tel.: +49 (0) 2103 / 2471 - 75
 Fax: +49 (0) 2103 / 2471 - 76
 E-mail: sales@cetatest.com
 Internet: www.cetatest.com